










Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
1994 / 2020 (C1 / - 0173 / 2020)		(DN365046) SONAJERO DE MADERA				Asfixia, Ahogamiento	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	Ninguna parte del juguete puede sobresalir por la parte inferior de la plantilla de prueba
1995 / 2020 (CE / 1888 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95"				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La penetración de material filtrante es superior a la permitida
1996 / 2020 (CE / 1889 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95", sin marca, modelo KN95-A,				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La penetración de material filtrante es superior a la permitida
1997 / 2020 (CE / 1890 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95", marca SUNLU,				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La penetración de material filtrante es superior a la permitida
1998 / 2020 (C0 / A11- 0120 / 2020)		(DG24521544) MASCARILLA HIGIÉNICA DE PROTECCIÓN, marca SIMBIO, ref. SBH4819/9608, lote 2020051501,	SIMBIO		2020051501	Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No tiene prueba. El producto lleva marca CE, pero no esta certificado como equipo de protección.
1999 / 2020 (C1 / 0179 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2", marca ,	OULEOK			Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No tiene prueba. el producto lleva marcado CE, seguido de 1282,no siendo organismo notificado autorizado para Epi´s.
2000 / 2020 (C1 / 0180 / 2020)		(DN3664020) MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUIRÚRGICA "FACE MASK SURGICAL				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No se realiza prueba. El producto lleva marcado CE y no esta certificado como mascarilla quirúrgica.
2001 / 2020 (C1 / 0181 / 2020)		(DG24521544) MASCARILLA HIGIÉNICA DE PROTECCIÓN,	RIXIN			Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No se realizo prueba. El producto lleva marcado CE y no esta certificado como equipo de protección
2002 / 2020 (C1 / - 0182 / 2020)		(DN3664020) MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 2 CAPAS,	PRIMA			Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No se le realizó prueba. lleva marcado CE y no esta certificado como mascarilla quirúrgica.