






Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
520 / 2020 (CA / 188 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN	FEK FUERKANG	K95/FFP2	20200315	Microbiológico	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	Se realizan ensayos a tres muestras y se obtiene una penetración de material filtrante del 12,82%, 7,01%, 12,94%, superior a la permitida de 6%. Cumple como FFP1. y no cumplen como FFP2
521 / 2020 (CA / 189 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN	LANXIANG	ref. ES 906		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	Test de penetración del material filtrante con aerosol de aceite de parafina después de una exposición de 3 minutos: >75%
522 / 2020 (IN / 6 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95 FOLDING PROTECTIVE",				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	Test de penetración del material filtrante con aerosol de aceite de parafina después de una exposición de 3 minutos: >29%
523 / 2020 (IN / 7 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "SHENZHEN VITEK ELECTRONICS"		KN95/FFP2		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	este organismo notificado 1282 solo puede certificar mascarillas quirúrgicas de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios y no podría certificar mascarillas que sean equipos de protección individual de acuerdo con el Reglamento (EU) 2016/425
543 / 2020 (IC / 14016 / 2020)		(DN366110) SONAJERO DE MADERA		Ref HXB165		Asfixia, Ahogamiento	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	Los cascabeles se desprenden generando piezas pequeñas