Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
1419 / 2021 (CA / 304 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA HIGIENICA TRANSPARENTE	CASTELLTORT		6900631902305	Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La eficacia de filtración bacteriana (BFE) es de 9.4 % inferior al mínimo que exige la norma (90%)
1421 / 2021 (CA / 306 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE TRANSPARENTE	XULA		8436596900479	Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La eficacia de filtración bacteriana (BFE) es de 12.7%, inferior al mínimo que exige la norma (90%)
1422 / 2021 (CA / 307 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE TRANSPARENTE	XULA		8436596900844	Microbiológico	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	La eficacia de filtración bacteriana (BFE) es de 11.5%, inferior al mínimo que exige la norma
1425 / 2021 (CA / 314 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE	ABBACINO		8415000556365	Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La eficacia de filtración bacteriana (BFE) es de 49.4%, inferior al mínimo que exige la norma (90%)
1426 / 2021 (CA / 315 / 2021)		(DG24521544) MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE NEOPRENO PARA ADULTOS Y NIÑOS	JIJI		8425402654231	Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La eficacia de filtración (BFE) es inferior a la exigida por la norma (90%)
1431 / 2021 (IN / 72 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No figura Declaración UE de Conformidad. No figura certificado UE de Tipo Módulo B. No figura módulo C2 o D
1432 / 2021 (IN / 73 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCION FFP2				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No presenta Declaración UE de conformidad. No presenta Certificado UE de Tipo Módulo B. No presenta Módulo C2 o D
1433 / 2021 (IN / 74 / 2021)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCION FFP2				Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No figura Declaración UE de Conformidad. No figura certificado UE de Tipo Módulo B. No figura módulo C2 o D