


| Nº | Imagen | Producto | Datos del producto | | | Riesgo | Medidas de Reacción | Motivo del Riesgo |
|----------------------------------|--|---|--------------------|--------|---------------|----------------|--|--|
| | | | Marca | Modelo | Lote | | | |
| 1454 / 2021 (IN / 75 / 2021) |  | (DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2 INFANTIL | | | | Microbiológico | Retirada del mercado Prohibición de comercialización | El informe aportado por la empresa no es trazable con el producto analizado. Al tratarse de una mascarilla infantil no debe figurar como FFP2 |
| 1455 / 2021 (IN / 76 / 2021) |  | (DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2 INFANTIL | | | | Microbiológico | Retirada del mercado Prohibición de comercialización | El informe aportado por la empresa no es trazable con el producto analizado. Al estar etiquetado como infantil debe ser testado conforme a la Orden CSM/115/21 de mascarillas higiénicas |
| 1462 / 2021 (CA / 331 / 2021) |  | (DG24521544) MASCARILLA HIGIÉNICA TRANSPARENTE | CASTELLTORT | | 6900631757769 | Microbiológico | Prohibición de comercialización Retirada del mercado | No cumple con la eficacia de filtración bacteriana (BFE) en original y después de los 30 ciclos de lavado indicada por la norma |
| Nº | Imagen | Producto | Datos del producto | | | Riesgo | Medidas de Reacción | Motivo del Riesgo |
| | | | Marca | Modelo | Lote | | | |
| 1476 / 2021 (CA / 346 / 2021) |  | (DG24521544) MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE TRANSPARENTE | BEYFE | | | Microbiológico | Retirada del mercado Prohibición de comercialización | Sin pretratamiento. La eficacia de filtración (BFE) es inferior a la establecida (70%). Con 15 lavados es del 70%. |