

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MERCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2021-103	REFERENCIA PS/CV/NM/4916
PRODUCTO Guantes quirúrgicos de látex y nitrilo estériles.	
FABRICANTE ONE PLUS, A1BI/310, Street House no. deposite Business center, Estambul, Tuquia.	
ASUNTO Se ha detectado la falsificación de un certificado de marcado CE con numero G2.055729.0008 emitido por el Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). El Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH (0123), si ha emitido un certificado de marcado CE con numero G2.055729.0008 para el fabricante TOP GLOVES Sdn. Bhd Lot4969, Jalan Teratai Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E, Malasia y no para el fabricante ONE PLUS tal y como aparece indicado en el certificado falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)• Número de certificado: G2.055729.0008• Fabricante: ONE PLUS• Producto: Guantes quirúrgicos de látex y nitrilo estériles.• Fecha de emisión: 19 febrero 2020• Fecha de caducidad: 26 de mayo 2024 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%99119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	

