

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2021-104	REFERENCIA PS/CV/NM/4985
PRODUCTO Termómetros infrarrojos de frente sin contacto Pykori PKR-T3	
FABRICANTE Anhui Paikerui Medical Equipment Co., Ltd, Room 713//15Building 2 Anhui, Bengshan Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 1151, Yan an South Road, Yanshan Township, Bengshan District, Bengbu City, Anhui Province, China.	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Desconocido	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: Ente Certificazione Macchine, ECM, (1882)• Número de certificado: 0H200323S.APM0D78• Fabricante: Anhui Paikerui Medical Equipment Co., Ltd• Representante autorizado: desconocido• Producto: Termómetros infrarrojos de frente sin contacto Pykori PKR-T3• Fecha de emisión: 23 marzo 2020• Fecha de caducidad: 22 marzo 2025 <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Certificado de marcado CE falso	

