

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2021-020	REFERENCIA PS/EPG/64740
PRODUCTO VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Tests. Referencia: VCD05-01-011.	
FINALIDAD PREVISTA Test rápido de detección de antígeno de SARS-CoV-2.	
Nº LOTE AFECTADO EN ESPAÑA SE2010037	
FABRICANTE VIVACHEK Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., China.	
DISTRIBUIDOR Tecil SA, Calle Lope de Vega, 99- BJ, 08005, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote SE2010037 del producto VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Tests , referencia VCD05-01-011, debido a la posibilidad de producir resultados falsos positivos por la acumulación de residuos en la línea T, provenientes de la línea C.	
INFORMACION ADICIONAL Los números de lote SE2011037 y SE2011044 del producto VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Tests , referencia VCD05-01-011, no distribuidos en España según información proporcionada por el fabricante, están afectados por el mismo problema y no deben utilizarse.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

