

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-713	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/MG/4730
<b>PRODUCTO</b> Termómetros infrarrojos de frente sin contacto	
<b>FABRICANTE</b> Henan Million Medical Electronics Co., Ltd Building of 86, 1# Cuizhu Street, Gaoxin District, Zhengzhou City, China	
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b> Desconocido	
<b>ASUNTO</b> Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)</li> <li>• Número de certificado: 0197/DD 60105871 0001</li> <li>• Fabricante: Henan Million Medical Electronics Co., Ltd</li> <li>• Representante autorizado: desconocido</li> <li>• Producto: Termómetros infrarrojos de frente sin contacto</li> <li>• Fecha de emisión: 20 julio 2020</li> <li>• Fecha de caducidad: 19 julio 2023</li> </ul> <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a></p>	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de marcado CE falso</li> </ul>	

