

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-717	REFERENCIA PS/CV/MG/4845
PRODUCTO Respirador productor de oxígeno	
FABRICANTE BBDS ENERJI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI Korkut Reis Mah. Yesilirmak Cad. No:7/3. 06430 Ankara, Turquía	
REPRESENTANTE AUTORIZADO No aplica	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: MDC MEDICAL DEVICE CERTIFICATION GmbH (0483)• Número de certificado: 0483/D1055301645• Fabricante: BBDS ENERJI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI• Representante autorizado: no aplica• Producto: Respirador productor de oxígeno• Fecha de emisión: 09 julio 2020• Fecha de caducidad: 08 julio 2023 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Certificado de marcado CE falso	

